



الرقم ١٣/ت/٨١٤٢

التاريخ ١٥/١٠/١٤٤١هـ

المرفقات

الموضوع: عدم استخدام أي تقنيات أو تدخلات أو أدوات أو منتجات أو مستلزمات لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بشكل مباشر أو غير مباشر لم يتم النص عليها في أدلة المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

(حالا)

تعميم إداري على كافة الجهات التابعة للوزارة

سلمه الله

فضيلة/

سلمه الله

معادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد تلقت الوزارة تعميم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (ع/٢/٨٠٨) في ١٤/١٠/١٤٤١هـ، ونصه: [إشارة إلى برقية معالي وزير الصحة رقم (١٧٧٩٦٩٥-١٤٤١) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤١هـ رئيس اللجنة المشكلة بالأميرين الساميين الكريمين رقم (٣٥٢٨٠) وتاريخ ٧/٦/١٤٤١هـ ورقم (٣٤١٣٠) وتاريخ ١/٦/١٤٤١هـ لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، بشأن ما تم عرضه في الاجتماع الرابع والتسعون للجنة المشار إليها أعلاه المنعقد بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١هـ، أنه تم رصد تداول وسائل الإعلام المختلفة باستخدام بعض الجهات الحكومية والخاصة ببوابات التعقيم بغرض مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وما رأته الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن الدراسات لم تثبت فعالية هذه البوابات في الحد من عدوى انتشار الفيروس، بالإضافة إلى عدم مأمونية المواد المستخدمة فيها، ومن هذه المواد:

- **المطهرات الكيميائية:** يستخدم في البوابات أنواع مختلفة من المطهرات الكيميائية ومنها ما هو مخصص لتطهير الأسطح، ورشها على جسم الإنسان من كافة الاتجاهات قد يؤدي إلى استنشاقها أو وصولها إلى أجزاء حساسة، مما قد يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية.

- **الأشعة فوق البنفسجية:** يستخدم في البوابات أشعة فوق البنفسجية (UVC) ذو الموجات القصيرة والخطيرة والتي قد تتلف المادة الجينية (الوراثية) سواء



الرقم ٨١٤٢/ت/١٣

التاريخ ١٥/١٠/١٤٤١هـ

المرفقات

الموضوع:

في الخلايا البشرية أو في الجزئيات الفيروسية، وهي تستخدم لتعقيم المستشفيات والطائرات والمكاتب، وكذلك في تطهير مياه الشرب. وحيث انتهت اللجنة إلى التأكيد على كافة القطاعات الحكومية والخاصة بعدم استخدام أي تقنيات أو تداخلات أو أدوات أو منتجات أو مستلزمات لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بشكل مباشر أو غير مباشر لم يتم النص عليها في أدلة المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" والتي تقتضي إجازة هذه المنتجات من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل اعتمادها في الدليل.

أمل التكرم بالتعميم على جميع الجهات التابعة لكم والمرتبطة بكم أو التي ترأسون مجالس إدارتها بالتحديد بما ورد في هذا التعميم. ولمزيد من المعلومات الاطلاع على البيان العلمي للهيئة حول "بوابات التعقيم باستخدام المطهرات الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية" (مرفق)، أو على الرابط الإلكتروني التالي:

١. هـ [<https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/news/Documents/WALK-THROUGH-DISINFECTION-GATE.pdf>]

للاطلاع واعتماد موجه. والله يحفظكم.

نائب وزير العدل

سعد بن محمد السيف

التصنيف : تنظيم.

صورة لـ :

= المجلس الأعلى للقضاء

= المحكمة العليا

= إدارة التعميم

القيود رقم (٤١٩٥٧٠٦٥٥)